indusbello
inovação para uma vida saudável

Autoclavável em até 135º C

Linha Odontológica

Consultar Instruções de Utilização

Não Estéril

Manter Afastado da Luz do Sol

Manter Seco

Expandex

- Transparente ou branco
- Flexível, favorece o perfeito encaixe na boca
- Evidência os dentes com facilidade
- Afastamento dos lábios com máximo conforto
- Ausência de rebarbas

EXPANDEX: São produtos esterilizáveis nas versões transparente e branco, fabricados em matérias-primas bastante flexíveis que possibilitam encaixe perfeito na boca do paciente, colocando em evidência os dentes, com facilidade.

INDICAÇÃO: Para afastamento de lábios e bochechas na colagem de bráquetes, profilaxia e fotografia intraoral anterior.

INSTRUÇÕES DE USO: Umedecer os lábios do paciente; flexionar o EXPANDEX de maneira que as duas extremidades se encontrem. Encaixar primeiro de um lado e depois o outro na boca do paciente. Nota: a alça do EXPANDEX deve ficar voltada para baixo.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121ºC a 135ºC, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Branco - Poliacetal natural. Transparente - Policarbonato cristal.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código	Descrição	Apresentação	Registro na ANVISA
102042100601	*Expandex Transparente*	*2 unidades*	*Transparente:*
102042100602	*Expandex Transparente*	*1 unidade*	*I80213420029*
102042100605	*Expandex Branco*	*2 unidades*	*Branco:*
102042100606	*Expandex Branco*	*1 unidade*	*I80213420022*

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645

Indústria Brasileira